

## **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DIALISI**

### **CHIARIMENTO 3**

Facendo seguito a richieste di chiarimenti pervenute in merito alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue:

**a)** Relativamente al Lotto n.11 si precisa quanto segue:

- si richiedono confezioni separate dei due blister (attacco e stacco), anche se in un unico kit;
- i guanti devono essere talcati;
- il kit deve contenere disinfettante per cute integra;

**b)** quanto alla campionatura, si chiarisce che nel caso in cui dello stesso lotto venga prodotto il prodotto in diverse misurazioni è sufficiente allegare un campione rappresentativo.